

ANEXĂ CAIET DE SARCINI

Achiziția publică de Furnizare dotări echipamente medicale necesare implementării proiectului "Consolidarea capacității Județului Cluj în gestionarea crizei sanitare COVID-19"

SPITAL	DENUMIRE ECHIPAMENT	BUC	SPECIFICAȚII TEHNICE
Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal	Saltea anti-escara	2	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem anti-decubit pentru îngrijirea corectă a persoanelor cu risc de dezvoltare a escarelor; - Saltea antiescara formata din sistem celular de tip "cilindric" - Sa asigure o reducere semnificativă a presiunii de decubit; - Sa dispuna de sistem de presiune atat static cat si alternativ - Buton de comutare de la presiune statică la alternativă - Sistem care permite reglarea presiunii de umflare a saltelei in functie de greutatea pacientului - Timpul ciclului sa poata fi setat (intre 10-30 min). - Alarmer vizuale și sonore în caz de: pierderi de presiune, întreruperi de energie și erori de sistem; - Buton pentru activarea / dezactivarea funcției sezut; - Activarea automată a blocării butoanelor; - Sistem de inclinare pneumatica stanga\dreapta pentru o posturarea antidecubit mai eficienta a pacientului

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.

- | | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Minim 15 celule duble din TPU celule statice in zona capului, celule cu presiune alternativă în zona superioară, completă statică in zona inferioară;- Toate celulele sa poata fi înlocuite individual;- Înălțimea celulei; între 15-30 cm- Husa saltelei din țesătură din poliester cu acoperire PU, ignifugă, testat conform BS 7175 sec 3, impermeabil la apă, fixat pe saltea cu fermoar - salteaua sa permita igienizarea cu substante dezinfectante)- Valva CPR pentru ventilație rapidă a saltelei;- Conectare sigura si etansa la unitarea de pompare (compresor)in conditii de utilizare intensiva- Dimensiuni: 900x2000;- Salteaua trebuie sa suporte pacienti cu greutatea minima de 250 kg- Profilaxia decubitului și terapia sprijină până și inclusiv gradul IV (conform EPUAP). |
|--|--|--|

MANAGER PROIECT:

Lavinia BOTEZAN



În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.